

## ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

<b>Nº DE ALERTA:</b> 2026-180	<b>REFERENCIA</b> PS/PRV/135895
<b>PRODUCTOS</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Catéteres Swan-Ganz</li> <li>• Catéteres Swan-Ganz Jr</li> <li>• Catéteres de estimulación Swan-Ganz</li> <li>• Catéteres de termodilución y estimulación Swan-Ganz</li> </ul> <p>Ver números de modelo y de UDIs afectados en el anexo 1 de la nota de aviso de la empresa.</p>	
<b>FINALIDAD PREVISTA</b> Monitorización hemodinámica de pacientes en estado crítico.	
<b>Nº DE LOTE</b> Ver números de lote afectados en el anexo 2 de la nota de aviso de la empresa.	
<b>FABRICANTE</b> Edwards Lifesciences LLC, EEUU.	
<b>DISTRIBUIDOR</b> Edwards Lifesciences, S.L., Ronda Narciso Monturiol, 11- Bloque A Parque Tecnológico de Paterna 46980, Valencia.	
<b>ASUNTO</b> Advertencias de seguridad relacionadas con determinados modelos y números de lote de los catéteres Swan-Ganz, debido a la posibilidad de fugas o roturas por fallos del conector del lumen proximal de inyección (azul) cuando experimentan manipulación o flexión frecuentes.	
<b>DOCUMENTOS ADJUNTOS:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Nota de aviso empresa</li> </ul>	



Si tiene conocimiento de algún incidente relacionado con el uso de un producto sanitario, notifíquelo a través del portal [NotificaPS](#). Su colaboración notificando es esencial para tener un mayor conocimiento de estos productos y velar por su seguridad.

