

ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

Nº DE ALERTA: 2026-186	REFERENCIA PS/MJF/136889
PRODUCTO Sistemas de resonancia magnética de Philips, con la opción integrada de elastografía de resonancia magnética (ERM). Ver modelos y referencias afectadas en la tabla 1 de la nota de aviso de la empresa.	
FINALIDAD PREVISTA Producción de imágenes que representan la rigidez tisular de la zona abdominal, como el hígado y el músculo.	
FABRICANTE Philips Medical Systems Nederland B.V., Países Bajos.	
DISTRIBUIDOR Philips Ibérica S.A., C/María de Portugal 1. 28050, Madrid.	
ASUNTO Advertencias de seguridad relacionadas con determinados modelos de sistemas de resonancia magnética de Philips, con la opción integrada de elastografía de resonancia magnética (ERM), debido a la posibilidad de obtención de imágenes con mediciones de rigidez hepática más bajas de las reales.	
DOCUMENTOS ADJUNTOS: <ul style="list-style-type: none">Nota de aviso empresa	



Si tiene conocimiento de algún incidente relacionado con el uso de un producto sanitario, notifíquelo a través del portal [NotificaPS](#). Su colaboración notificando es esencial para tener un mayor conocimiento de estos productos y velar por su seguridad.

