

ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

Nº DE ALERTA: 2026-188	REFERENCIA PS/RJC/135906
PRODUCTO Aplicación Dexcom ONE+ para iOS. UDI: 00386270004307.	
FINALIDAD PREVISTA Aplicación para iOS del sistema de monitorización continua de glucosa (MCG) Dexcom ONE+.	
VERSION SOFTWARE 1.5 a 1.6	
FABRICANTE Dexcom Inc., EEUU.	
DISTRIBUIDOR Dexcom España; Av. de Aragón, 330. 28022 San Blas-Canillejas, Madrid.	
ASUNTO Advertencias de seguridad y actualización de software de la aplicación Dexcom ONE+ para iOS, debido a la posibilidad de que cuando la pantalla de la aplicación se lleva al primer plano en un dispositivo inteligente después de haber estado en funcionamiento durante un tiempo en segundo plano, parpadee mostrando de forma secuencial valores estimados de glucosa (EGV) y flechas de tendencia anteriores antes de mostrar el EGV actual y la flecha de tendencia, pudiendo retrasar las alarmas/alertas de glucosa.	
DOCUMENTOS ADJUNTOS: <ul style="list-style-type: none">• Nota de aviso empresa• Nota informativa PS, 20/2026	



Si tiene conocimiento de algún incidente relacionado con el uso de un producto sanitario, notifíquelo a través del portal [NotificaPS](#). Su colaboración notificando es esencial para tener un mayor conocimiento de estos productos y velar por su seguridad.

