

ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

Nº DE ALERTA: 2026-200	REFERENCIA PS/AVG/137370
PRODUCTO Sistemas Azurion que no están configurados con una palanca auxiliar. Ver nombres comerciales y códigos de sistema afectados en el apéndice A de la nota de aviso de la empresa.	
FABRICANTE Philips Medical Systems Nederland BV, Países Bajos.	
DISTRIBUIDOR Philips Ibérica S.A.U. Calle de María de Portugal, 1, Hortaleza, 28050 Madrid.	
ASUNTO Advertencias de seguridad relacionadas con determinados sistemas Azurion, debido a la posibilidad de que los movimientos longitudinales y transversales de la mesa se vean afectados por el desgaste mecánico del control de mesa flotante en el módulo de control.	
DOCUMENTOS ADJUNTOS: <ul style="list-style-type: none">Nota de aviso empresa.	



Si tiene conocimiento de algún incidente relacionado con el uso de un producto sanitario, notifíquelo a través del portal [NotificaPS](#). Su colaboración notificando es esencial para tener un mayor conocimiento de estos productos y velar por su seguridad.

