

ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

Nº DE ALERTA: 2026-206	REFERENCIA PS/PL/137316
PRODUCTO Tornillo de bloqueo VariAx 2, 3.5mm / L28mm. Referencia 657328, UDI: 07613327087031.	
FINALIDAD PREVISTA Los tornillos VariAx 2 se utilizan con el sistema de placas compatible o como implantes independientes.	
Nº LOTE AM5253.	
FABRICANTE Stryker GmbH, Suiza.	
DISTRIBUIDOR Stryker Iberia S.L., C/ Sepúlveda 17, 28108 Alcobendas, Madrid.	
ASUNTO Retirada del mercado del lote AM5253 de los tornillos de bloqueo VariAx 2, 3.5mm / L28mm, debido a la posibilidad de que no presenten la característica hexalobular necesaria para acoplarse al destornillador asociado.	
DOCUMENTOS ADJUNTOS: <ul style="list-style-type: none">Nota de aviso empresa	



Si tiene conocimiento de algún incidente relacionado con el uso de un producto sanitario, notifíquelo a través del portal [NotificaPS](#). Su colaboración notificando es esencial para tener un mayor conocimiento de estos productos y velar por su seguridad.

