

## ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

<b>Nº DE ALERTA:</b> 2026-208	<b>REFERENCIA</b> PS/EML/137493
<b>PRODUCTO</b> Kit BIOFIRE Joint Infection (JI) Panel. Referencia: RFIT-ASY-0138.	
<b>FINALIDAD PREVISTA</b> Detección e identificación cualitativas simultáneas de varios ácidos nucleicos de bacterias y levaduras, y genes de resistencia a los antibióticos seleccionados del líquido sinovial.	
<b>Nº LOTE</b> 0878825 y 0883425.	
<b>FABRICANTE</b> BioFire Diagnostics, LLC, Estados Unidos.	
<b>DISTRIBUIDOR</b> bioMérieux España S. A. U., C/ Manuel Tovar 45, 28034 Madrid.	
<b>ASUNTO</b> Cese de utilización de determinados lotes del kit BIOFIRE JI Panel, debido a la posibilidad de un aumento de resultados falsos positivos de <i>Staphylococcus aureus</i> como consecuencia de una contaminación durante el proceso de fabricación.	
<b>DOCUMENTOS ADJUNTOS:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Nota de aviso empresa</li> </ul>	



Si tiene conocimiento de algún incidente relacionado con el uso de un producto sanitario, notifíquelo a través del portal [NotificaPS](#). Su colaboración notificando es esencial para tener un mayor conocimiento de estos productos y velar por su seguridad.

