

ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

Nº DE ALERTA: 2026-213	REFERENCIA PS/AVG/137106
PRODUCTO <ul style="list-style-type: none"> Generadores de impulso implantable de los sistemas de neuroestimulación Infinity para estimulación cerebral profunda (DBS). Generadores de impulso implantable de los sistemas de neuroestimulación Proclaim para estimulación de la médula espinal (SCS). Generadores de impulso de los sistemas de neuroestimulación Proclaim para estimulación del ganglio de la raíz dorsal (DRG). <p>Ver modelos y números de UDI afectados en la nota de aviso de la empresa.</p>	
FABRICANTE Abbott Medical, EEUU.	
DISTRIBUIDOR Abbott Medical España, S.A. Avenida de Burgos, 91, Fuencarral-El Pardo, 28050 Madrid.	
ASUNTO Advertencias de seguridad relacionadas con determinados generadores de impulso implantables de los sistemas de neuroestimulación Infinity y Proclaim, debido a la posibilidad de daños en el dispositivo y pérdida de la terapia asociados a las interferencias generadas por el uso de unidades electroquirúrgicas (ESU), si no se activa previamente el modo de cirugía.	
DOCUMENTOS ADJUNTOS: <ul style="list-style-type: none"> Nota de aviso empresa Infinity Nota de aviso empresa Proclaim Nota informativa AEMPS PS, 2026/22 	



Si tiene conocimiento de algún incidente relacionado con el uso de un producto sanitario, notifíquelo a través del portal [NotificaPS](#). Su colaboración notificando es esencial para tener un mayor conocimiento de estos productos y velar por su seguridad.