

ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

Nº DE ALERTA: 2026-216	REFERENCIA PS/PL/136932
PRODUCTO Sistema de liberación InZone. Referencia M00345100950.	
FINALIDAD PREVISTA Sistema de separación de espirales desmontables para embolización.	
Nº LOTE Ver nºs de lote afectados en el anexo A de la nota de aviso de la empresa.	
FABRICANTE Stryker Neurovascular, EEUU.	
DISTRIBUIDOR Stryker Iberia S.L., C/ Sepúlveda 17, 28108 Alcobendas, Madrid.	
ASUNTO Retirada del mercado de determinados sistemas de liberación InZone debido a la posibilidad de que la batería se agote de forma prematura.	
DOCUMENTOS ADJUNTOS: <ul style="list-style-type: none">Nota de aviso empresa	



Si tiene conocimiento de algún incidente relacionado con el uso de un producto sanitario, notifíquelo a través del portal [NotificaPS](#). Su colaboración notificando es esencial para tener un mayor conocimiento de estos productos y velar por su seguridad.

