

ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

Nº DE ALERTA: 2026-219	REFERENCIA PS/AVG/138026
PRODUCTO Sistemas de análisis de sangre GEM Premier 5000 con iQM2 y GEM Premier 7000 con iQM3.	
FABRICANTE Instrumentation Laboratory Co., EEUU.	
DISTRIBUIDOR Werfen España S.A.U. Plaza Europa, 21 - 23, L'Hospitalet de Llobregat, 08908, Barcelona.	
ASUNTO Advertencias de seguridad relacionadas con los sistemas de análisis de sangre GEM Premier 5000 con iQM2 y GEM Premier 7000 con iQM3, debido a la posibilidad de que el lector de código de barras asigne los resultados de los pacientes a un identificador de paciente incorrecto.	
DOCUMENTOS ADJUNTOS: <ul style="list-style-type: none">Nota de aviso empresa	



Si tiene conocimiento de algún incidente relacionado con el uso de un producto sanitario, notifíquelo a través del portal [NotificaPS](#). Su colaboración notificando es esencial para tener un mayor conocimiento de estos productos y velar por su seguridad.

