

ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

Nº DE ALERTA: 2026-225	REFERENCIA PS/PL/137629
PRODUCTO Sistemas Allura y Azurion. Ver números de modelo y sistemas afectados en el apéndice A de la nota de aviso de la empresa.	
FINALIDAD PREVISTA Guía por imágenes en procedimientos de cirugía diagnóstica, intervencionista y mínimamente invasiva para las siguientes áreas de aplicación clínica: procedimientos vasculares, no vasculares, cardiovasculares y neurológicos.	
FABRICANTE Philips Medical Systems Nederland BV, Países Bajos.	
DISTRIBUIDOR Philips Ibérica, S.A., C/ María de Portugal nº1, 28050 Madrid.	
ASUNTO Advertencias de seguridad relacionadas con determinados sistemas Allura y Azurion, debido a que los discos duros pueden reducir su rendimiento con el envejecimiento, lo que podría provocar la pérdida de funcionalidad de adquisición de imágenes y, también, en los sistemas Allura, la pérdida de movimiento motorizado o de datos.	
DOCUMENTOS ADJUNTOS: <ul style="list-style-type: none">Nota de aviso empresa	



Si tiene conocimiento de algún incidente relacionado con el uso de un producto sanitario, notifíquelo a través del portal [NotificaPS](#). Su colaboración notificando es esencial para tener un mayor conocimiento de estos productos y velar por su seguridad.

