

## ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

<b>Nº DE ALERTA:</b> 2026-229	<b>REFERENCIA</b> PS/EML/137630
<b>PRODUCTO</b> Electrodos de radiofrecuencia reutilizables TNC y CSK. Ver referencias y números de lote afectados en el Anexo 1 de la nota de aviso de la empresa.	
<b>FINALIDAD PREVISTA</b> Sondas de detección de la temperatura reutilizables que se utilizan para el tratamiento percutáneo del dolor.	
<b>FABRICANTE</b> Boston Scientific Neuromodulation Corporation, EEUU.	
<b>DISTRIBUIDOR</b> CARDIVA 2 S.L, C/Anabel Segura 11 EDIF A PLANTA 1, 28108 Alcobendas, Madrid.	
<b>ASUNTO</b> Retirada del mercado de los electrodos de radiofrecuencia reutilizables TNC y CSK, debido a que no cumplen los niveles de rendimiento esperados durante los 20 ciclos de esterilización especificados para su reutilización.	
<b>DOCUMENTOS ADJUNTOS:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>Nota de aviso empresa</li></ul>	



Si tiene conocimiento de algún incidente relacionado con el uso de un producto sanitario, notifíquelo a través del portal [NotificaPS](#). Su colaboración notificando es esencial para tener un mayor conocimiento de estos productos y velar por su seguridad.

