

## ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

<b>Nº DE ALERTA:</b> 2026-230	<b>REFERENCIA</b> PS/MAM/138086
<b>PRODUCTO</b> Conjunto de impresora térmica del Sistema CASE v7. Código de producto: SU3.	
<b>FINALIDAD PREVISTA</b> Adquirir, procesar, registrar, archivar, analizar y producir datos electrocardiográficos (con 12 y 15 derivaciones) durante un periodo de esfuerzo fisiológico o una prueba de ECG en reposo y para adquirir datos con dispositivos auxiliares, como los de espirometría y medición ambulatoria de la presión arterial.	
<b>FABRICANTE</b> GE Medical Systems Information Technologies, Inc. EEUU.	
<b>DISTRIBUIDOR</b> General Electric Healthcare España, SAU. Calle Gobelos, 35-37 28023 Madrid.	
<b>ASUNTO</b> Advertencias de seguridad relacionadas con el conjunto de impresora térmica del Sistema CASE v7 debido a la posibilidad de que se produzcan chispas eléctricas en el cabezal de impresión si el cepillo de descarga electrostática no está correctamente colocado.	
<b>DOCUMENTOS ADJUNTOS:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>Nota de aviso empresa</li></ul>	



Si tiene conocimiento de algún incidente relacionado con el uso de un producto sanitario, notifíquelo a través del portal [NotificaPS](#). Su colaboración notificando es esencial para tener un mayor conocimiento de estos productos y velar por su seguridad.

