

ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

Nº DE ALERTA:	REFERENCIA
2026-258	PS/VBR/138447
PRODUCTO Servidor de telemetría ApexPro CARESCAPE v5.0 y v6.0 con CARESCAPE Central Station o el centro de información clínica CIC Pro. Ver referencias y códigos de producto afectados en la nota de aviso de la empresa.	
FINALIDAD PREVISTA Proporciona datos fisiológicos de pacientes adultos y pediátricos ambulatorios en un entorno hospitalario o clínico. El sistema procesa los datos fisiológicos para detectar diversos eventos de ECG y determinadas anomalías en los parámetros fisiológicos.	
VERSION SOFTWARE v5.0 y v6.0	
FABRICANTE GE Medical Systems Information Technologies, Inc., Estados Unidos.	
DISTRIBUIDOR General Electric Healthcare España, SAU. Calle Gobelás, 35-37 28023 Madrid.	
ASUNTO Advertencias de seguridad relacionadas con determinadas referencias y códigos de producto del servidor de telemetría ApexPro CARESCAPE v5.0 y v6.0 con CARESCAPE Central Station o el centro de información clínica CIC Pro debido a la posibilidad de una pérdida potencial de la monitorización de ECG y SpO ₂ .	
DOCUMENTOS ADJUNTOS: Nota de aviso empresa	



Si tiene conocimiento de algún incidente relacionado con el uso de un producto sanitario, notifíquelo a través del portal [NotificaPS](#). Su colaboración notificando es esencial para tener un mayor conocimiento de estos productos y velar por su seguridad.

