

ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

Nº DE ALERTA:	REFERENCIA
2026-263	PS/MAM/138428
PRODUCTO Giraffe OmniBed y Giraffe OmniBed Carestation. Ver modelos afectados en la nota de aviso de la empresa.	
FINALIDAD PREVISTA Incubadora y cuna térmica neonatal.	
FABRICANTE Datex-Ohmeda, Inc, EEUU.	
DISTRIBUIDOR General Electric Healthcare España, SAU. Calle Gobelás, 35-37, 28023, Madrid.	
ASUNTO Advertencias de seguridad relacionadas con determinadas incubadoras Giraffe OmniBed y Giraffe OmniBed Carestation debido a la posibilidad que, en determinadas condiciones, se puedan desenganchar una o varias de las fijaciones de la parte inferior de la cubierta del equipo (sofite) o soltarse y caigan en el compartimento del paciente pudiendo provocar lesiones.	
DOCUMENTOS ADJUNTOS: Nota de aviso empresa	



Si tiene conocimiento de algún incidente relacionado con el uso de un producto sanitario, notifíquelo a través del portal [NotificaPS](#). Su colaboración notificando es esencial para tener un mayor conocimiento de estos productos y velar por su seguridad.

