

ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

Nº DE ALERTA:	REFERENCIA
2026-260	PS/PRV/138262
PRODUCTO Desfibrilador externo automático BeneHeart D1.	
Nº SERIE Ver nºs de serie afectados en el apéndice 1 de la nota de aviso de la empresa.	
FABRICANTE Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co., Ltd., República Popular China.	
DISTRIBUIDORES MINDRAY MEDICAL ESPAÑA S.L., Calle de San Rafael 1, portal 4, planta baja, letra G, 28108, Alcobendas, Madrid.	
ASUNTO Advertencias de seguridad y actualización del manual de operador de los desfibriladores BeneHeart D1, para clarificar el procedimiento de comprobación y cambio del tipo de paciente involucrado (adulto o pediátrico).	
DOCUMENTOS ADJUNTOS: • Nota de aviso empresa • Manual del Operador actualizado.	



Si tiene conocimiento de algún incidente relacionado con el uso de un producto sanitario, notifíquelo a través del portal [NotificaPS](#). Su colaboración notificando es esencial para tener un mayor conocimiento de estos productos y velar por su seguridad.

