

ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

Nº DE ALERTA:	REFERENCIA
2026-268	PS/RJC/138797
PRODUCTO Bomba de insulina MiniMed 780G. Modelo/Número de referencia: MMT-1886, MMT-1896.	
FINALIDAD PREVISTA Administración continua de insulina para el control de la diabetes mellitus.	
Nº SERIE Ver nºs de serie afectados en el Anexo.	
VERSION SOFTWARE Versión de software 6.62.	
FABRICANTE Medtronic MiniMed, EE.UU.	
DISTRIBUIDOR Medtronic Ibérica S.A., C/ María de Portugal 11, 28050 Madrid.	
ASUNTO Advertencias de seguridad relacionadas con determinados modelos de la bomba de insulina MiniMed 780G, debido a que podrían dejar de administrar insulina, activar una alarma y mostrar mensajes de error en la pantalla.	
DOCUMENTOS ADJUNTOS: • Nota de aviso empresa • Anexo con números de serie afectados • Nota informativa AEMPS PS 27/2026	



Si tiene conocimiento de algún incidente relacionado con el uso de un producto sanitario, notifíquelo a través del portal [NotificaPS](#). Su colaboración notificando es esencial para tener un mayor conocimiento de estos productos y velar por su seguridad.

