

ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

Nº DE ALERTA:	REFERENCIA
2026-297	PS/PL/139515
PRODUCTO Cartuchos del test Idylla MSI con referencia A0100/6 y UDI-DI: 15415219000550. Ver ID de los cartuchos afectados en la nota de aviso de la empresa.	
FINALIDAD PREVISTA Proporcionar información sobre la inestabilidad de los microsatélites.	
Nº LOTE 00006938.	
FABRICANTE Biocartis, Bélgica.	
DISTRIBUIDOR Biocartis, Bélgica.	
ASUNTO Cese de utilización de determinados cartuchos del test MSI Idylla, debido a la posibilidad de obtener resultados incorrectos por un problema de fabricación.	
DOCUMENTOS ADJUNTOS: Nota de aviso empresa	



Si tiene conocimiento de algún incidente relacionado con el uso de un producto sanitario, notifíquelo a través del portal [NotificaPS](#). Su colaboración notificando es esencial para tener un mayor conocimiento de estos productos y velar por su seguridad.

