

ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

Nº DE ALERTA:	REFERENCIA
2026-309	PS/MBF/139991
PRODUCTO Catéter balón para nefrostomía de alta presión NephroMax. Ver las referencias afectadas en la tabla 1 de la nota de aviso de la empresa.	
FINALIDAD PREVISTA Dilatación del tracto de nefrostomía.	
Nº LOTE Ver nºs de lote afectados en la tabla 1 de la nota de aviso de la empresa.	
FABRICANTE Boston Scientific Corporation, Estados Unidos.	
DISTRIBUIDOR Boston Scientific Iberica S.A., Parque Empresarial Puerta de las Naciones, C/ Ribera del Loira 46, edificio 2, Planta Baja, 28042 Madrid.	
ASUNTO Advertencias de seguridad relacionadas con determinados lotes del catéter balón para nefrostomía de alta presión NephroMax debido a la posibilidad de que la vaina renal esté envasada en una orientación invertida.	
DOCUMENTOS ADJUNTOS: Nota de aviso empresa.	



Si tiene conocimiento de algún incidente relacionado con el uso de un producto sanitario, notifíquelo a través del portal [NotificaPS](#). Su colaboración notificando es esencial para tener un mayor conocimiento de estos productos y velar por su seguridad.

