

ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

Nº DE ALERTA:	REFERENCIA
2026-330	PS/PRV/140459
PRODUCTO Rapid Refill Continuous Injection System. Número de material (UPN): M00566001.	
FINALIDAD PREVISTA Uso en intervenciones con administración de fluidos.	
Nº LOTE Ver nºs de lote afectados en el anexo 1 de la nota de aviso de la empresa.	
FABRICANTE Boston Scientific Corporation, Estados Unidos.	
DISTRIBUIDOR Boston Scientific Iberica S.A., Parque Empresarial Puerta de las Naciones, C/ Ribera del Loira 46, edificio 2, Planta Baja, 28042 Madrid.	
ASUNTO Retirada del mercado de determinados números de lote de los sistemas Rapid Refill Continuous Injection, debido a que contienen jeringas que podrían aflojarse provocando una conexión floja o una desconexión total del colector.	
DOCUMENTOS ADJUNTOS: Nota de aviso empresa.	



Si tiene conocimiento de algún incidente relacionado con el uso de un producto sanitario, notifíquelo a través del portal [NotificaPS](#). Su colaboración notificando es esencial para tener un mayor conocimiento de estos productos y velar por su seguridad.

