

ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

Nº DE ALERTA: 2025-679	REFERENCIA PS/AVG/129797
PRODUCTO Jeringa de inflado de 20 ml basixCOMPAK. Ver números de referencia afectados en la tabla adjunta a la nota de aviso de la empresa.	
FINALIDAD PREVISTA Para inflar y desinflar un globo de angioplastia u otro dispositivo intervencionista, así como para medir la presión dentro del globo.	
FABRICANTE Merit Medical Systems, Inc., EEUU.	
DISTRIBUIDOR MERIT MEDICAL SPAIN, S.L.U. Calle Rozabella, 6; Edificio Paris, Planta 1ª - Oficina 6, las Rozas de Madrid, 28290, Madrid,	
ASUNTO Advertencias de seguridad relacionadas con determinadas jeringas de inflado basixCOMPAK debido a la posibilidad de que el mango se desprenda de la jeringa durante el uso por una cantidad insuficiente de adhesivo.	
DOCUMENTOS ADJUNTOS: <ul style="list-style-type: none">Nota de aviso empresa.	



Si tiene conocimiento de algún incidente relacionado con el uso de un producto sanitario, notifíquelo a través del portal [NotificaPS](#). Su colaboración notificando es esencial para tener un mayor conocimiento de estos productos y velar por su seguridad.

