

ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

Nº DE ALERTA:	REFERENCIA
2026-430	PS/PRV/142989
PRODUCTO Componentes de implantes ortopédicos, fabricados con polietileno UHMWPE, para insertos tibiales, implantes de rótula, cotilos/protecciones de plástico acetabulares, y prótesis de hombro y extremidades. Ver referencias y números de lote afectados en el Apéndice A de la nota de aviso de la empresa.	
FABRICANTE Howmedica Osteonics Corp, Estados Unidos.	
DISTRIBUIDOR Stryker Iberia S.L. Calle de Sepúlveda 17, 28108, Alcobendas, Madrid	
ASUNTO Retirada del mercado de determinados componentes de implantes ortopédicos debido a que se fabricaron con materias primas de polietileno UHMWPE con una antigüedad mayor a 5 años por lo que podrían presentar niveles de oxidación elevados y afectar a las propiedades del material provocando un mayor desgaste.	
DOCUMENTOS ADJUNTOS: Nota de aviso empresa	



Si tiene conocimiento de algún incidente relacionado con el uso de un producto sanitario, notifíquelo a través del portal [NotificaPS](#). Su colaboración notificando es esencial para tener un mayor conocimiento de estos productos y velar por su seguridad.

