

ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

Nº DE ALERTA: 2026-437	REFERENCIA PS/RJC/121087
PRODUCTO - Respirador Newport HT70 Plus. Número de modelo: HT70PM-SY-EU. - Piezas de recambio PCBA: HT70P CONTROL BOARD ROHS X1, referencia GR105795; HT70 + CNTRL BOARD, ROHS, referencia GR-PCB3252A; y HT70 CNTRL BOARDS.	
FINALIDAD PREVISTA Proporcionar asistencia ventilatoria mecánica de presión positiva continua o intermitente para el cuidado de personas que requieren ventilación mecánica a través de interfaces invasivas o no invasivas.	
Nº SERIE Ver nºs de serie afectados en el anexo D de las notas de aviso de la empresa.	
FABRICANTE Covidien llc, EEUU.	
DISTRIBUIDOR Medtronic Ibérica, S.A, María de Portugal, 11, 28050 Madrid.	
ASUNTO Ampliación del cese de utilización a nuevos números de serie del modelo HT70PM-SY-EU del respirador Newport HT70 Plus y a piezas de recambio PCBA asociadas, debido a la posibilidad de que el respirador se apague durante su uso o que la alarma de alerta de apagado no se active de manera eficaz durante el apagado.	
INFORMACIÓN ADICIONAL En mayo de 2025, el fabricante emitió una nota de aviso en la que recomendaba suspender el uso clínico de determinados números de serie del modelo HT70PM-SY-EU del respirador Newport HT70 Plus, debido a la posibilidad de que se produjeran fallos que dieran lugar a que el respirador se apagara durante su uso o que la alarma de alerta de apagado no se activase de manera eficaz durante el apagado. La AEMPS transmitió esta información el 17 de junio de 2025, alerta 2025-317. La empresa está remitiendo una nueva nota de aviso para ampliar el alcance de los dispositivos afectados. Esta ampliación incluye nuevos números de serie del modelo HT70PM-SY-EU del respirador Newport HT70 Plus, así como nuevas piezas de recambio PCBA.	
DOCUMENTOS ADJUNTOS: - Nota de aviso empresa 1 - Nota de aviso empresa 2 - Nota informativa PS, 39/2026	



Si tiene conocimiento de algún incidente relacionado con el uso de un producto sanitario, notifíquelo a través del portal [NotificaPS](#). Su colaboración notificando es esencial para tener un mayor conocimiento de estos productos y velar por su seguridad.

