

ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

Nº DE ALERTA:	REFERENCIA
2026-439	PS/AVG/142334
PRODUCTO Centrífugas Rotofix 32A Fabricadas entre el 31 de mayo de 2023 y el 15 de junio de 2026. Números de catálogo: 1206, 1206 – 01, 1206 – 34, 1206 – 33.	
FABRICANTE Andreas Hettich GmbH, Alemania.	
DISTRIBUIDOR Andreas Hettich GmbH & Co. KG. Föhrenstraße 12, 78532 Tuttlingen, Alemania.	
ASUNTO Advertencias de seguridad relacionadas con determinadas centrífugas Rotofix 32A debido a la posibilidad de fallo del bloqueo de la tapa, lo que podría provocar su apertura durante el funcionamiento del dispositivo.	
DOCUMENTOS ADJUNTOS: Nota de aviso empresa	



Si tiene conocimiento de algún incidente relacionado con el uso de un producto sanitario, notifíquelo a través del portal [NotificaPS](#). Su colaboración notificando es esencial para tener un mayor conocimiento de estos productos y velar por su seguridad.

