

ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

Nº DE ALERTA:	REFERENCIA
2026-472	PS/PL/144049
PRODUCTO Unidad analítica cobas c 303. Referencia 09031529001. UDI: 07613336226971.	
FINALIDAD PREVISTA Analizador de una variedad de pruebas in vitro cuantitativas y cualitativas.	
Nº SERIE 2628-10 o U6V1-10 y anteriores.	
FABRICANTE Roche Diagnostics GmbH, Alemania.	
DISTRIBUIDOR Roche Diagnostics S.L.U., Av. Generalitat, 171-173, 08174 Sant Cugat del Vallès, Barcelona.	
ASUNTO Advertencias de seguridad relacionadas con determinadas unidades analíticas cobas c 303, debido a la posibilidad de rotura de los tubos de aspiración de la estación de lavado.	
DOCUMENTOS ADJUNTOS: Nota de aviso empresa	



Si tiene conocimiento de algún incidente relacionado con el uso de un producto sanitario, notifíquelo a través del portal [NotificaPS](#). Su colaboración notificando es esencial para tener un mayor conocimiento de estos productos y velar por su seguridad.

