

ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

Nº DE ALERTA: 2026-001	REFERENCIA PS/EML/131577
PRODUCTO Viales Checkcell. Referencias: 0002224 y 0002225. UDI-DI: 10888234000181 y 10888234000198.	
FINALIDAD PREVISTA Control de calidad de la anti-globulina humana para la detección cualitativa de Anti-IgG activo, con el fin de confirmar la validez de las pruebas antiglobulínicas negativas realizadas a través de métodos manuales.	
Nº LOTE 43257.	
FABRICANTE Immucor, Inc., Estados Unidos.	
DISTRIBUIDOR Werfen España S.A.U. Plaza de Europa 21-23, 08908, L'Hospitalet de Llobregat, Barcelona.	
ASUNTO Cese de utilización del lote 43257 de los viales Checkcell con referencias 0002224 y 0002225, debido a la posible presencia de coágulos, hemólisis y un oscurecimiento imprevisto de los glóbulos rojos atribuible a una contaminación fúngica que puede generar resultados erróneos.	
DOCUMENTOS ADJUNTOS: <ul style="list-style-type: none">Nota de aviso empresa	



Si tiene conocimiento de algún incidente relacionado con el uso de un producto sanitario, notifíquelo a través del portal [NotificaPS](#). Su colaboración notificando es esencial para tener un mayor conocimiento de estos productos y velar por su seguridad.

