

ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

Nº DE ALERTA:	REFERENCIA
2026-498	PS/AVG/144702
PRODUCTO ORTHO Sera Anti-Fyb. Número de referencia: 6904487. UDI-DI: 10758750013142	
FINALIDAD PREVISTA El reactivo Anti-Fyb está diseñado para la detección cualitativa in vitro de hematíes humanos Fyb positivos mediante la prueba de antiglobulina indirecta.	
Nº LOTE V283670 y V279053	
FABRICANTE Alba Bioscience Limited, Reino Unido.	
DISTRIBUIDOR QuidelOrtho. CEVA Contract Logistics France, Rue Constellation, Entzheim, 67960, Francia.	
ASUNTO Cese de utilización de los lotes V283670 y V279053 del reactivo ORTHO Sera Anti-Fyb, debido a la posibilidad de obtener resultados falsos positivos al analizar hematíes Fy(b-).	
DOCUMENTOS ADJUNTOS: Nota de aviso empresa	



Si tiene conocimiento de algún incidente relacionado con el uso de un producto sanitario, notifíquelo a través del portal [NotificaPS](#). Su colaboración notificando es esencial para tener un mayor conocimiento de estos productos y velar por su seguridad.

