

ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

Nº DE ALERTA: 2026-006	REFERENCIA PS/VBR/130873
PRODUCTO Introdutor de cotilos M7 ACE. Número de catálogo: 051-00-00. UDI-DI: 05032982057470.	
FABRICANTE JRI Orthopaedics Ltd., Reino Unido.	
DISTRIBUIDOR MBA Incorporado, S.L.U. Avda. del Jardín Botánico, 1345, Silos del Intra, 33203, Gijón.	
ASUNTO Advertencias de seguridad relacionadas con el introdutor de cotilos M7 ACE, número de catálogo 051-00-00, debido a la posibilidad de rotura de la rosca del introdutor cuando se aplica una fuerza lateral/oblicua con el fin de reorientar el cotilo y corregir la abducción/anteversión tras haber logrado la fijación primaria del borde del cotilo.	
DOCUMENTOS ADJUNTOS: <ul style="list-style-type: none">Nota de aviso empresa.	



Si tiene conocimiento de algún incidente relacionado con el uso de un producto sanitario, notifíquelo a través del portal [NotificaPS](#). Su colaboración notificando es esencial para tener un mayor conocimiento de estos productos y velar por su seguridad.

