

## ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

<b>Nº DE ALERTA:</b> 2026-009	<b>REFERENCIA</b> PS/MAM/131621
<b>PRODUCTO</b> Xpert HIV-1 Viral Load XC. Número de pieza: GXHIV-VL-XCCE-10. Número de partida: 13503. UDI: 07332940007409	
<b>FINALIDAD PREVISTA</b> Pruebas moleculares para la detección de la infección por VIH-1 y el seguimiento de la carga viral.	
<b>Nº LOTE</b> 1000796730	
<b>FABRICANTE</b> Cepheid AB, Suecia.	
<b>DISTRIBUIDOR</b> Cepheid Iberia, S.L.U. Plaza de Europa, 41-43, 08908, L'Hospitalet de Llobregat, Barcelona.	
<b>ASUNTO</b> Advertencias de seguridad relacionadas con el lote 1000796730 de la prueba Xpert HIV-1 Viral Load XC, debido a que no cumplió con los criterios de estabilidad esperados a la fecha de caducidad pudiendo haber provocado resultados incorrectos, por lo que el fabricante recomienda repetir la prueba en los pacientes sobre los que se utilizaron las unidades afectadas.	
<b>DOCUMENTOS ADJUNTOS:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>Nota de aviso empresa</li></ul>	



Si tiene conocimiento de algún incidente relacionado con el uso de un producto sanitario, notifíquelo a través del portal [NotificaPS](#). Su colaboración notificando es esencial para tener un mayor conocimiento de estos productos y velar por su seguridad.

