

## ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

<b>Nº DE ALERTA:</b> 2026-013	<b>REFERENCIA</b> PS/PRV/131658
<b>PRODUCTO</b> <ul style="list-style-type: none"><li>Cuchillo electroquirúrgico de un solo uso de punta triangular, referencia N2119630 y modelo KD-640L. UDI-DI: 04953170208423</li><li>Cuchillo electroquirúrgico de un solo uso de punta triangular, referencia N5412530 y modelo KD-645L. UDI-DI: 04953170407857</li></ul>	
<b>FINALIDAD PREVISTA</b> Utilización con endoscopios y unidades electro quirúrgicas de Olympus, para cortar tejido utilizando corriente de alta frecuencia dentro del tracto digestivo.	
<b>FABRICANTE</b> Olympus Medical Systems Corporation, Japón.	
<b>DISTRIBUIDOR</b> Olympus Iberia S.A.U. Pl. Europa 29-31, L'Hospitalet de Llobregat, 08908 Barcelona.	
<b>ASUNTO</b> Advertencias de seguridad y actualización de las instrucciones de uso relacionadas con los cuchillos de punta triangular de un solo uso de Olympus, modelos KD-640L y KD-645L, debido a la posibilidad de que se produzca la rotura de la punta durante el uso por sobrecalentamiento.	
<b>DOCUMENTOS ADJUNTOS:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>Nota de aviso empresa.</li></ul>	



Si tiene conocimiento de algún incidente relacionado con el uso de un producto sanitario, notifíquelo a través del portal [NotificaPS](#). Su colaboración notificando es esencial para tener un mayor conocimiento de estos productos y velar por su seguridad.

