

## ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

<b>Nº DE ALERTA:</b> 2026-016	<b>REFERENCIA</b> PS/PL/124614
<b>PRODUCTO</b> Productos MediHoney para heridas y quemaduras: <ul style="list-style-type: none"><li>• Medihoney Miel Médica, Tubo de 50g, estéril, referencia 405</li><li>• Medihoney Cuerda de Alginato, 1,9 X 30 cm, estéril, referencia 793</li><li>• Medihoney Apósito de Alginato, 5,1 X 5,1 cm, estéril, referencia 794</li><li>• Medihoney Apósito de Alginato, 10 X 10 cm, estéril, referencia 795</li><li>• Medihoney Apósito de Tul, 10 X 10 cm, estéril, referencia 796</li><li>• Medihoney Apósito de Tul de 3 Capas, 5 X 5 cm, estéril, referencia 797</li></ul>	
<b>FINALIDAD PREVISTA</b> Manejo de heridas agudas y crónicas, sitios de injerto de donantes y receptores, heridas con escasa o nula exudación, úlceras de pierna/pie y úlceras por presión, primeros auxilios generales y quemaduras superficiales y de segundo grado.	
<b>FABRICANTE</b> Derma Sciences, inc, Canadá.	
<b>DISTRIBUIDOR</b> PRIM S.A., C/ Yolanda Gonzalez nº15, 28938 Móstoles, Madrid.	
<b>ASUNTO</b> Ampliación de la retirada del mercado a nuevos productos MediHoney para heridas y quemaduras, debido a fallos en el embalaje que podría comprometer la esterilidad del producto.	
<b>INFORMACION ADICIONAL</b> En agosto de 2025 el fabricante emitió una nota de aviso para informar de la retirada de mercado de los productos Medihoney para heridas y quemaduras por un fallo en el embalaje que podría afectar a su posible esterilidad. La AEMPS transmitió esta información el 20 de agosto de 2025, alerta 2025-432.  La empresa está enviando una nueva nota de aviso informando de la ampliación de la retirada a nuevos productos de la línea Medihoney, ya que podrían estar afectados por este mismo problema.	
<b>DOCUMENTOS ADJUNTOS:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Nota de aviso empresa</li></ul>	



Si tiene conocimiento de algún incidente relacionado con el uso de un producto sanitario, notifíquelo a través del portal [NotificaPS](#). Su colaboración notificando es esencial para tener un mayor conocimiento de estos productos y velar por su seguridad.

