

## ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

<b>Nº DE ALERTA:</b> 2026-017	<b>REFERENCIA</b> PS/EML/131586
<b>PRODUCTO</b> Accesorios y unidades de drenaje torácico (UDC) de Cardinal Health: <ul style="list-style-type: none"> <li>• UDC Sentinel Seal.</li> <li>• UDC Altitude.</li> <li>• UDC Aqua-Seal.</li> <li>• UDC Thora-Seal.</li> </ul> Ver referencias y UDI afectados en la nota de aviso de la empresa.	
<b>FINALIDAD PREVISTA</b> Recolectar aire, sangre, pus u otras secreciones de la cavidad torácica (espacio pleural o mediastino).	
<b>FABRICANTE</b> Cardinal Health 200, LLC, Estados Unidos.	
<b>DISTRIBUIDOR</b> Cardinal Health Spain, Calle Campezo Nº1 – Edificio 4 – 1ª planta, 28022 Madrid.	
<b>ASUNTO</b> Advertencias de seguridad relacionadas con determinadas referencias de accesorios y unidades de drenaje torácico Sentinel Seal, Altitude, Aqua-Seal y Thora-Seal, debido a la actualización de sus instrucciones de uso con el fin de aclarar que la población de pacientes diana prevista son adultos mayores de 18 años.	
<b>DOCUMENTOS ADJUNTOS:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Nota de aviso empresa</li> </ul>	



Si tiene conocimiento de algún incidente relacionado con el uso de un producto sanitario, notifíquelo a través del portal [NotificaPS](#). Su colaboración notificando es esencial para tener un mayor conocimiento de estos productos y velar por su seguridad.