

ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

Nº DE ALERTA: 2026-018	REFERENCIA PS/MAM/131855
PRODUCTO Vainas interiores/de resección para resectoscopios. Ver modelos y números UDI afectados en la nota de aviso de la empresa.	
FINALIDAD PREVISTA Diagnóstico endoscópico y procedimientos terapéuticos urológicos y/o ginecológicos.	
FABRICANTE Olympus Winter & Ibe GmbH. Alemania.	
DISTRIBUIDOR OLYMPUS IBERIA, S.A.U. Pl. Europa, 10. 08902, L'Hospitalet de Llobregat. Barcelona.	
ASUNTO Advertencias de seguridad y actualización de las instrucciones de uso de las vainas interiores/de resección para resectoscopios, debido a la posibilidad de que se produzca la rotura de la punta cerámica de la vaina si se utilizan durante tiempos prolongados y/o no se siguen las instrucciones de uso.	
DOCUMENTOS ADJUNTOS: <ul style="list-style-type: none">Nota de aviso empresa	



Si tiene conocimiento de algún incidente relacionado con el uso de un producto sanitario, notifíquelo a través del portal [NotificaPS](#). Su colaboración notificando es esencial para tener un mayor conocimiento de estos productos y velar por su seguridad.

