

## ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

<b>Nº DE ALERTA:</b> 2026-020	<b>REFERENCIA</b> PS/PL/131092
<b>PRODUCTO</b> Desfibrilador/monitor Efficia DFM100, número de modelo 866199.	
<b>FINALIDAD PREVISTA</b> Monitor/desfibrilador con cuatro modos de funcionamiento: monitorización, desfibrilación manual/cardioversión sincronizada, DEA y marcapasos.	
<b>VERSION SOFTWARE</b> 2.00.33.	
<b>FABRICANTE</b> Philips Goldway (Shenzhen) Industrial Inc, China.	
<b>DISTRIBUIDOR</b> PHILIPS IBÉRICA, S.A., C/María de Portugal, 1, 28050 Madrid.	
<b>ASUNTO</b> Advertencias de seguridad relacionadas con el modelo 866199 del desfibrilador/monitor Efficia DFM100, debido a la posibilidad de que no se complete la secuencia de inicio.	
<b>DOCUMENTOS ADJUNTOS:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Nota de aviso empresa</li> </ul>	



Si tiene conocimiento de algún incidente relacionado con el uso de un producto sanitario, notifíquelo a través del portal [NotificaPS](#). Su colaboración notificando es esencial para tener un mayor conocimiento de estos productos y velar por su seguridad.

