

## ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

|  |                                    |
|--|------------------------------------|
| <b>Nº DE ALERTA:</b><br>2026-025   | <b>REFERENCIA</b><br>PS/PRV/131886 |
| <b>PRODUCTO</b><br>Tarjetas VITEK 2 AST-GN.<br>Ver nombres de producto , referencias y fármacos afectados en la tabla 1 de la nota de aviso de la empresa.   |                                    |
| <b>FINALIDAD PREVISTA</b><br>Tarjetas de análisis de sensibilidad antimicrobiana destinadas a usarse con el sistema VITEK 2 para el análisis cuantitativo y cualitativo automatizado de la sensibilidad antimicrobiana de bacterias y levaduras.   |                                    |
| <b>FABRICANTE</b><br>bioMérieux, Inc., EE.UU.  |                                    |
| <b>DISTRIBUIDOR</b><br>bioMerieux España, S.A. Calle de Manuel Tovar 45 - 47, 28034 Madrid.  |                                    |
| <b>ASUNTO</b><br>Advertencias de seguridad relacionadas con determinadas referencias de las tarjetas VITEK 2 AST-GN, debido a un posible riesgo de fallos de control de calidad o falsos resultados de resistencia de determinados antibióticos al analizar aislamientos de especies Enterobacterales/ <i>Enterobacteriaceae</i> o <i>Pseudomonas aeruginosa</i> . |                                    |
| <b>DOCUMENTOS ADJUNTOS:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>Nota de aviso empresa</li></ul>  |                                    |



Si tiene conocimiento de algún incidente relacionado con el uso de un producto sanitario, notifíquelo a través del portal [NotificaPS](#). Su colaboración notificando es esencial para tener un mayor conocimiento de estos productos y velar por su seguridad.

