

ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

Nº DE ALERTA: 2026-027	REFERENCIA PS/AVG/131787
PRODUCTO Sistemas de CT Brilliance iCT, CT 6000, IQon Spectral CT, Spectral CT y Spectral CT 7500 on Rails. Ver códigos de producto y UDI afectados en la nota de aviso de la empresa.	
Nº SERIE Ver nº ^{os} de serie afectados en el apéndice A de la nota de aviso de la empresa.	
FABRICANTE Philips Medical Systems Nederland B.V., Holanda.	
DISTRIBUIDOR Philips Ibérica S.A.U. Calle de María de Portugal, 1, Hortaleza, 28050, Madrid.	
ASUNTO Advertencias de seguridad relacionadas con determinados sistemas de CT de Philips, debido a la posibilidad de que los cierres del conjunto del subsistema de CT puedan no estar apretados según las especificaciones.	
DOCUMENTOS ADJUNTOS: <ul style="list-style-type: none">Nota de aviso empresa.	



Si tiene conocimiento de algún incidente relacionado con el uso de un producto sanitario, notifíquelo a través del portal [NotificaPS](#). Su colaboración notificando es esencial para tener un mayor conocimiento de estos productos y velar por su seguridad.

