

ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

Nº DE ALERTA: 2025-113	REFERENCIA PS/AVG/117271
PRODUCTO <ul style="list-style-type: none">• Línea de filtrado de CO2 Microstream Advance para paciente neonatal-lactante, adulto-pediátrico intubado.• Línea de filtrado de CO2 Microstream Luer para paciente adulto-pediátrico intubado.• Línea de muestreo Luer Microstream con adaptador de vía aérea para paciente adulto-pediátrico. Ver referencias afectadas en el Anexo A de la nota de aviso de la empresa.	
FABRICANTE Covidien llc, EEUU.	
DISTRIBUIDOR Medtronic Ibérica, S.A. Calle de María de Portugal, 11, Hortaleza, 28050, Madrid.	
ASUNTO Advertencias de seguridad y actualización de las instrucciones de uso relacionadas con líneas de filtrado y de muestreo Microstream de Covidien, debido a la posible dificultad o incapacidad para desconectar el adaptador del tubo endotraqueal del paciente para realizar un procedimiento.	
DOCUMENTOS ADJUNTOS: <ul style="list-style-type: none">• Nota de aviso empresa.	



Si tiene conocimiento de algún incidente relacionado con el uso de un producto sanitario, notifíquelo a través del portal [NotificaPS](#). Su colaboración notificando es esencial para tener un mayor conocimiento de estos productos y velar por su seguridad.

