

ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

Nº DE ALERTA:	REFERENCIA
2026-031	PS/RJC/131834
PRODUCTO	
<ul style="list-style-type: none"> • Catéter CV de doble lumen Hickman 7 Fr, bandeja de corte con manguito de decrecimiento tisular SureCuff. Referencia: 0600310CE. • Kit introductor despegable para catéter CV de un solo lumen Broviac 4.2 FR con manguito de decrecimiento tisular SureCuff. Referencia: 0600520CE. • Kit introductor Broviac 6.6 Fr de un solo lumen para catéter CV con manguito de decrecimiento tisular SureCuff. Referencia: 0600540CE. • Catéter CV Hickman 9.6 Fr de un solo lumen, kit introductor despegable con manguito de decrecimiento tisular SureCuff. Referencia: 0600560CE. • Catéter CV de doble lumen Hickman 7 Fr, kit introductor despegable con manguito de decrecimiento tisular SureCuff. Referencia: 0600570CE. • Catéter CV Hickman 12 Fr de doble lumen, kit introductor despegable con manguito de decrecimiento tisular SureCuff. Referencia: 0600620CE. • Catéter CV Hickman 10 Fr de triple lumen, kit introductor despegable con manguito de decrecimiento tisular SureCuff. Referencia: 0606560CE. <p>Ver UDIs en el apéndice 1 de la nota de aviso de la empresa.</p>	
FINALIDAD PREVISTA	
Catéteres venosos centrales para la administración de fluidos intravenosos, productos sanguíneos, medicamentos y soluciones de nutrición parenteral, así como para la extracción de sangre.	
Nº LOTE	
Ver nºs de lote afectados en el apéndice 1 de la nota de aviso de la empresa.	
FABRICANTE	
Bard Access Systems, Inc., EEUU.	
DISTRIBUIDOR	
Becton Dickinson S.A.U, Camino de Valdeoliva, s/n, San Agustín de Guadalix, Madrid, 28750, España.	
ASUNTO	
Cese de utilización y advertencias de seguridad relacionadas con determinadas referencias y lotes de catéteres venosos centrales Hickman y Broviac debido a la posibilidad de que la bandeja exterior del envase presente daños, lo que podría comprometer la esterilidad del producto.	
DOCUMENTOS ADJUNTOS:	
<ul style="list-style-type: none"> • Nota de aviso empresa 	



Si tiene conocimiento de algún incidente relacionado con el uso de un producto sanitario, notifíquelo a través del portal [NotificaPS](#). Su colaboración notificando es esencial para tener un mayor conocimiento de estos productos y velar por su seguridad.

