

ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

Nº DE ALERTA: 2026-030	REFERENCIA PS/PL/131813
PRODUCTO Conector para hemodiálisis sin aguja Tego, número de artículo D1000.	
FINALIDAD PREVISTA Ayuda a crear un sistema cerrado cuando se acopla al pabellón de un catéter para minimizar la contaminación y ayudar a reducir el riesgo de infecciones del torrente sanguíneo relacionadas con catéteres.	
Nº LOTE Ver números de lote afectados en la nota de aviso de la empresa.	
FABRICANTE ICU Medical Inc, EEUU.	
DISTRIBUIDOR ICU Medical, Av. de la Transición Española, 24, 28108 Alcobendas, Madrid.	
ASUNTO Cese de utilización de determinados conectores para hemodiálisis sin aguja Tego, debido a la posibilidad de que presenten un abombamiento o desgarró del sello de silicona, lo que podría provocar un retraso o interrupción en la terapia, fugas de líquido o infusión de aire en el cuerpo.	
DOCUMENTOS ADJUNTOS: <ul style="list-style-type: none"> Nota de aviso empresa 	



Si tiene conocimiento de algún incidente relacionado con el uso de un producto sanitario, notifíquelo a través del portal [NotificaPS](#). Su colaboración notificando es esencial para tener un mayor conocimiento de estos productos y velar por su seguridad.

