

ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

Nº DE ALERTA: 2026-045	REFERENCIA PS/SSP/132415
PRODUCTO Sistemas de infusión Alaris VP. Ver referencias y UDI-DI afectados en la tabla 1 de la nota de aviso de la empresa.	
Nº LOTE Ver números de lote afectados en el enlace a la página web de la nota de aviso de la empresa. https://bdx.my.site.com/CC360/s/impactedproducts?rn=MDS-26-06019 GLOBAL	
FABRICANTE BD Switzerland Sàrl, Suiza.	
DISTRIBUIDOR Becton Dickinson España. Camino de Valdeoliva, s/n, 28750, San Agustín de Guadalix, Madrid.	
ASUNTO Cese de utilización de determinados sistemas de infusión Alaris VP, debido a que podría producirse fuga de fluido desde el tubo de silicona al final del segmento de bombeo.	
DOCUMENTOS ADJUNTOS: <ul style="list-style-type: none">Nota de aviso empresa	



Si tiene conocimiento de algún incidente relacionado con el uso de un producto sanitario, notifíquelo a través del portal [NotificaPS](#). Su colaboración notificando es esencial para tener un mayor conocimiento de estos productos y velar por su seguridad.

