

ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

Nº DE ALERTA: 2026-046	REFERENCIA PS/SSP/132752
PRODUCTO Ensayo Albúmina en orina Atellica CH (UALb). Número de catálogo 11537225. UDI 00630414611099.	
FINALIDAD PREVISTA Determinación cuantitativa de la concentración de albúmina en orina.	
FABRICANTE Siemens Healthcare Diagnostics Inc, EEUU.	
DISTRIBUIDOR Siemens Healthcare S.L.U., Avenida Leonardo Da Vinci, 15, 28906 Getafe.	
ASUNTO Advertencias de seguridad relacionadas con los ensayos Albúmina en orina Atellica CH, debido a la posibilidad de que se produzcan resultados falsamente disminuidos para un subconjunto de muestras por encima del intervalo de medición cuando se utiliza el ensayo en los analizadores Atellica CH y Atellica CI.	
DOCUMENTOS ADJUNTOS: <ul style="list-style-type: none">Nota de aviso empresa	



Si tiene conocimiento de algún incidente relacionado con el uso de un producto sanitario, notifíquelo a través del portal [NotificaPS](#). Su colaboración notificando es esencial para tener un mayor conocimiento de estos productos y velar por su seguridad.

