

ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

Nº DE ALERTA: 2026-049	REFERENCIA PS/EML/132585
PRODUCTO Unidades de insuflación de alto flujo: <ul style="list-style-type: none">• UHI, referencia A566.• UHI 2, referencia A90100A.• UHI 3, referencias A90120A (N1000161) y A90120AR(N1000142).	
FINALIDAD PREVISTA Insuflar la cavidad abdominal y proporcionar aspiración automática y evacuación de humos para facilitar la observación laparoscópica, el diagnóstico y el tratamiento.	
FABRICANTE Olympus Europa SE & Co. KG, Alemania.	
DISTRIBUIDOR Olympus Iberia, S.A.U., Plaza de Europa, 10, L'Hospitalet de Llobregat 08902, Barcelona.	
ASUNTO Retirada del mercado de todas las unidades de insuflación de alto flujo UHI, UHI 2, UHI 3, debido a un posible problema que podría provocar situaciones de sobrepresión en la cavidad abdominal y sin emitir una alarma o notificación al usuario.	
DOCUMENTOS ADJUNTOS: <ul style="list-style-type: none">• Nota de aviso empresa	



Si tiene conocimiento de algún incidente relacionado con el uso de un producto sanitario, notifíquelo a través del portal [NotificaPS](#). Su colaboración notificando es esencial para tener un mayor conocimiento de estos productos y velar por su seguridad.

