

ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

Nº DE ALERTA: 2026-051	REFERENCIA PS/EML/132562
PRODUCTO <ul style="list-style-type: none">• Kits de STA Liatest Free Protein S 6, referencia 00516.• Kits de STA Liatest Free Protein S 2, referencia 00527. Ver números de lotes y UDIs afectados en la nota de aviso de la empresa.	
FINALIDAD PREVISTA Determinación cuantitativa de la proteína S libre en plasma.	
FABRICANTE Diagnostica Stago, Francia.	
DISTRIBUIDOR Diagnostica Stago S.L.U, Plaza Europa 9-11 planta 17 L'hospitalet de Llobrega 08908 Barcelona.	
ASUNTO Advertencias de seguridad y cese de utilización de determinados lotes de los kits de STA Liatest Free Protein S 2 y 6, referencias 00516 y 00527, debido a que un problema relacionado con la materia prima biológica podría dar lugar a una infraestimación de los valores de proteína S libre en los controles de calidad y muestras normales.	
DOCUMENTOS ADJUNTOS: <ul style="list-style-type: none">• Nota de aviso empresa	



Si tiene conocimiento de algún incidente relacionado con el uso de un producto sanitario, notifíquelo a través del portal [NotificaPS](#). Su colaboración notificando es esencial para tener un mayor conocimiento de estos productos y velar por su seguridad.

