

ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

Nº DE ALERTA: 2026-055	REFERENCIA PS/SSP/131460
PRODUCTO Fresas Maxima Diamond. Ver lista de referencias afectadas en el apéndice A de la nota de aviso de la empresa.	
FINALIDAD PREVISTA Desgaste, tallado y acabado de tejidos duros dentales y de materiales restauradores, utilizando partículas de diamante.	
FABRICANTE Henry Schein Inc., EEUU.	
DISTRIBUIDOR Henry Schein España, S.A.U., Av. Albufera 153, 8ª planta, 28038 Madrid.	
ASUNTO Advertencias de seguridad relacionadas con determinadas fresas Maxima Diamond, debido a que la instalación incorrecta o el uso de fuerza excesiva durante la utilización pueden aumentar la probabilidad de desprendimiento de la fresa.	
DOCUMENTOS ADJUNTOS: <ul style="list-style-type: none">Nota de aviso empresa	



Si tiene conocimiento de algún incidente relacionado con el uso de un producto sanitario, notifíquelo a través del portal [NotificaPS](#). Su colaboración notificando es esencial para tener un mayor conocimiento de estos productos y velar por su seguridad.

