

## ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

<b>Nº DE ALERTA:</b> 2026-056	<b>REFERENCIA</b> PS/VBR/132636
<b>PRODUCTO</b> Xpert Carba-R: <ul style="list-style-type: none"> <li>Número de pieza GXCARBARP-CE-10. UDI: 07332940006518.</li> <li>Número de pieza GXCARBAR-CE-10. UDI: 07322940001049.</li> </ul>	
<b>FINALIDAD PREVISTA</b> Ensayo para la detección y la diferenciación de secuencias de genes blaKPC, blaNDM, blaVIM, blaOXA-48 y blaIMP asociadas a la ausencia de sensibilidad a los carbapenemos.	
<b>Nº LOTE</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Número de pieza GXCARBARP-CE-10: 1001496782, 1001499584 y 1001508863.</li> <li>Número de pieza GXCARBAR-CE-10: 1001497813.</li> </ul>	
<b>FABRICANTE</b> Cepheid, Estados Unidos.	
<b>DISTRIBUIDOR</b> Cepheid Iberia S.L.U. Pl. d'Europa, 41, 08908 L'Hospitalet de Llobregat, Barcelona.	
<b>ASUNTO</b> Cese de utilización de los lotes 1001496782, 1001499584, 1001508863 y 1001497813 del ensayo Xpert Carba-R debido a la posibilidad de que los viales de reactivo de muestra contengan un volumen incorrecto, lo que podría dar lugar a resultados falsos negativos y revisión de los resultados negativos anteriores.	
<b>DOCUMENTOS ADJUNTOS:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Nota de aviso empresa.</li> </ul>	



Si tiene conocimiento de algún incidente relacionado con el uso de un producto sanitario, notifíquelo a través del portal [NotificaPS](#). Su colaboración notificando es esencial para tener un mayor conocimiento de estos productos y velar por su seguridad.

