

ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

Nº DE ALERTA: 2026-061	REFERENCIA PS/PL/132779
PRODUCTO Sistemas Azurion. Ver modelos y sistemas afectados en la nota de aviso de la empresa.	
FINALIDAD PREVISTA Guía por imágenes en procedimientos de cirugía diagnóstica, intervencionista y mínimamente invasiva para las siguientes áreas de aplicación clínica: procedimientos vasculares, no vasculares, cardiovasculares y neurológicos.	
FABRICANTE Philips Medical Systems Nederland BV, Holanda.	
DISTRIBUIDOR Philips Ibérica S.A., C/ María de Portugal nº1, 28050 Madrid.	
ASUNTO Advertencias de seguridad relacionadas con los sistemas Azurion, debido a la posibilidad de que la mesa presente movimientos involuntarios cuando se pulsa el botón de "Reiniciar geometría", incluso cuando el bloqueo de la mesa está activo.	
DOCUMENTOS ADJUNTOS: <ul style="list-style-type: none">Nota de aviso empresa	



Si tiene conocimiento de algún incidente relacionado con el uso de un producto sanitario, notifíquelo a través del portal [NotificaPS](#). Su colaboración notificando es esencial para tener un mayor conocimiento de estos productos y velar por su seguridad.

