

ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

Nº DE ALERTA: 2026-065	REFERENCIA PS/RJC/132824
PRODUCTO STA Liatest D-Di Plus. Referencia 00662.	
FINALIDAD PREVISTA Ensayo inmunoturbidimétrico para la determinación cuantitativa de dímero D (D-Di) en plasma humano con citrato para uso en los analizadores de las familias STA-R, STA Compact y STA Satellite.	
Nº LOTE Ver nºs de lote afectados en el apéndice 1 de la nota de aviso de la empresa.	
FABRICANTE Diagnostica Stago, Francia.	
DISTRIBUIDOR Diagnostica Stago S.L.U., Plaza Europa 9-11 planta 17 L'hospitalet de Llobregat, 08908 Barcelona.	
ASUNTO Advertencias de seguridad relacionadas con determinados lotes de la referencia 00662 del ensayo STA Liatest D-Di Plus debido a la posibilidad de que se observe un sesgo positivo en los resultados del dímero D en todo el rango de medición.	
DOCUMENTOS ADJUNTOS: <ul style="list-style-type: none">Nota de aviso empresa	



Si tiene conocimiento de algún incidente relacionado con el uso de un producto sanitario, notifíquelo a través del portal [NotificaPS](#). Su colaboración notificando es esencial para tener un mayor conocimiento de estos productos y velar por su seguridad.

