

ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

| | |
|--|------------------------------------|
| Nº DE ALERTA: 2026-066 | REFERENCIA PS/PRV/133043 |
| PRODUCTO Sistemas VITROS. Ver números de catálogo y UDI de los productos afectados en la nota de aviso de la empresa. | |
| FINALIDAD PREVISTA Sistemas de inmunodiagnóstico utilizado en la medición cuantitativa, semicuantitativa y cualitativa in vitro de diversos analitos de interés clínico. | |
| FABRICANTE QuidelOrtho (Ortho Clinical Diagnostics Inc), EEUU. | |
| DISTRIBUIDOR Ortho Clinical Diagnostics Spain SLU. C/ Vía de los Poblados, 1 C.P. 28033, Madrid. | |
| ASUNTO Advertencias de seguridad relacionadas con determinados sistemas VITROS, debido a la posibilidad de que se obtengan resultados incorrectos cuando se cargan de forma manual los reactivos MicroSlide, MicroTip y MicroWell. | |
| DOCUMENTOS ADJUNTOS: <ul style="list-style-type: none">Nota de aviso empresa | |



Si tiene conocimiento de algún incidente relacionado con el uso de un producto sanitario, notifíquelo a través del portal [NotificaPS](#). Su colaboración notificando es esencial para tener un mayor conocimiento de estos productos y velar por su seguridad.

