

## ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

<b>Nº DE ALERTA:</b> 2026-067	<b>REFERENCIA</b> PS/MAM/132469
<b>PRODUCTO</b> Bombas de Balón Intraórtico CS100 y CS300. Referencia: OT 1407189 Ver códigos de producto y números UDI afectados en la nota de aviso de la empresa.	
<b>FINALIDAD PREVISTA</b> Consola de contrapulsación intraaórtica con tecnología de fibra óptica y consola de contrapulsación intraaórtica para catéteres convencionales.	
<b>FABRICANTE</b> Datascope Corp. EEUU.	
<b>DISTRIBUIDOR</b> Getinge Group Spain S.L., C/ Marie Curie, 5, Edificio Alfa, Pl 6, Ofic. 6,1-6,2 28521 Rivas Vaciamadrid. Madrid.	
<b>ASUNTO</b> Advertencias de seguridad y actualización de las instrucciones de uso (IFUs), debido a la necesidad de actualizar las especificaciones de tiempo de funcionamiento y tiempo de ciclo de las baterías de los dispositivos.	
<b>DOCUMENTOS ADJUNTOS:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>Nota de aviso empresa</li></ul>	



Si tiene conocimiento de algún incidente relacionado con el uso de un producto sanitario, notifíquelo a través del portal [NotificaPS](#). Su colaboración notificando es esencial para tener un mayor conocimiento de estos productos y velar por su seguridad.

