

## ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

<b>Nº DE ALERTA:</b> 2026-070	<b>REFERENCIA</b> PS/MBF/132349
<b>PRODUCTO</b> MONNAL T60 ADVANCED, referencias: KA017119, KA017127, KA017128 y KA017129.	
<b>FINALIDAD PREVISTA</b> Ventilador de turbina autónoma para ventilación de bebés, niños y adultos.	
<b>Nº SERIE</b> Ver nº de serie afectados en la nota de aviso de la empresa.	
<b>VERSION SOFTWARE</b> V1.3.15	
<b>FABRICANTE</b> AIR LIQUIDE MEDICAL SYSTEMS, Francia.	
<b>DISTRIBUIDOR</b> INSANEX S.L, Avenida Valdelaparra, 27 - Edificio II, local 8, 28108 Alcobendas (Madrid).	
<b>ASUNTO</b> Advertencias de seguridad relacionadas con la versión de software V1.3.15 de los ventiladores MONNAL T60 ADVANCED, debido a la posibilidad de una regresión en relación con el modo de ventilación APRV, lo que podría causar la imposibilidad de espirar por parte del paciente durante dos ciclos de ventilación.	
<b>DOCUMENTOS ADJUNTOS:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>Nota de aviso empresa.</li></ul>	



Si tiene conocimiento de algún incidente relacionado con el uso de un producto sanitario, notifíquelo a través del portal [NotificaPS](#). Su colaboración notificando es esencial para tener un mayor conocimiento de estos productos y velar por su seguridad.

