

## ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

<b>Nº DE ALERTA:</b>	<b>REFERENCIA</b>
2026-069	PS/RJC/132584
<b>PRODUCTO</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Aquasil putty soft. Referencias: 60578320 y 60578321.</li> <li>• Aquasil putty hard. Referencias: 60578332 y 60578333.</li> </ul> <p>Ver nombre de productos y lotes afectados en la nota de aviso de la empresa.</p>	
<b>FINALIDAD PREVISTA</b>	
Indicado para todas las técnicas de impresión dental.	
<b>FABRICANTE</b>	
Zhermack S.p.A., Italia.	
<b>DISTRIBUIDOR</b>	
Dentsply Sirona Iberia, S.A.U., Plaza Europa nº31 Planta Baja, 08908 L'Hospitalet de Llobregat, Barcelona.	
<b>ASUNTO</b>	
Retirada del mercado de determinadas referencias y lotes del material de impresión dental Aquasil putty soft y Aquasil putty hard, debido a la posibilidad de que el tiempo de fraguado exceda el tiempo indicado en la etiqueta.	
<b>DOCUMENTOS ADJUNTOS:</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Nota de aviso empresa para distribuidores</li> <li>• Nota de aviso empresa para clínicas</li> </ul>	



Si tiene conocimiento de algún incidente relacionado con el uso de un producto sanitario, notifíquelo a través del portal [NotificaPS](#). Su colaboración notificando es esencial para tener un mayor conocimiento de estos productos y velar por su seguridad.

